Le tableau ci-dessous synthétise les délais maximums avant analyse des échantillons selon les normes NF EN ISO 5667-3, NF EN ISO 19458, selon des normes spécifiques, des référentiels ou selon des études internes.
Les conditions de conservation par défaut sont de +5°C +/- 3°C pour le transport et de +3°C +/-2°C en laboratoire. Les échantillons destinés à une analyse élémentaire qui sont conservés avec de l'acide peuvent être transportés à température ambiante.
Des conditions de conservation spécifiques à certains paramètres sont précisées dans le tableau ci-dessous.

Date de mise à jour : 20/01/2026

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
1	ILDP117		60 ml Verre blanc Bouchon BLANC MAM	**MERCURE DISSOUS** *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 1ml HCl à 21%	**Filtration in situ OBLIGATOIRE** Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 7 jours selon NF EN ISO 17852 *Conservation à température ambiante possible* **Fourniture par le laboratoire du matériel de filtration** En cas d'impossibilité de filtration sur le terrain, prélever dans poste **12** et acheminer au laboratoire dans les 24h suivant le prélèvement.
2	ILDP100		100 ml Verre blanc Bouchon BLANC MAM	**MERCURE TOTAL** *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 1ml HCl à 21%	Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 7 jours selon NF EN ISO 17852 *Conservation à température ambiante possible*
3	ILDP002		250 ml Verre brun Bouchon BLEU MAO	**Analyses divers** Organoétains, Méthanol/Ethanol, Acrylonitrile, Glycol, Alcools, Valproate *Eaux douces et résiduaires* Ce flacon peut être utilisé à la place des flacons à sertir lorsque le prélèvement est effectué par le client ou en cas de défaut ponctuel de pince à sertir.		Rincer et remplir à ras	**Délai de mise en analyse :** 1 jour
4	ILDP108		100 ml Verre brun Bouchon ROUGE POTA	**Indice phénol** *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 1 ml H2SO4 à 60% 	Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 21 jours
5A	ILDP201		250 ml Verre brun Bouchon ROUGE POTA	**COD** **CARBONE ORGANIQUE DISSOUS** *Eaux douces et résiduaires*		Filtration in situ	**Délai : à acheminer au laboratoire dans les 24h00 suivant le prélèvement** **Délai :** 1 mois ***si filtré et congelé <-18°C*** **Délai :** 7 jours ***si stabilisé*** avec 1 ml H_2SO_4 à 60% après filtration (où filtration in situ directement dans le poste 5B) Filtrer sur le terrain si possible, sinon dans les meilleurs délais en laboratoire (max 24h). Fourniture possible par le laboratoire du matériel de filtration sur demande.
5B	ILDP217		250ml Verre brun Bouchon rouge POTA	**COT** **CARBONE ORGANIQUE TOTAL**	Stabilisé : 1 ml H2SO4 à 60% 	Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 7 jours *Conservation à température ambiante possible* **Délai** : 1 mois ***si congelé <-18°C***

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation. »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
6	ILDP004		500 ml Verre vert Bouchon BLANC MAM	**AOX** *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Délai : à acheminer au laboratoire dans les 24h00 suivant le prélèvement** *Stabilisation au laboratoire à HNO3* **Délai** : 5 jours ***si stabilisé*** **Délai** : 1 mois ***si congelé <-18°C***
7	ILDP909		1000 ml Verre vert Bouchon BLEU MAO	**Poste de sécurité pour organoétains, chlorophénols…** *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Conservation à l'abri de la lumière** **Délai de mise en analyse :** 1 jour
8	ILDP215		250 ml Verre brun Bouchon ROUGE POTA	**Détergents (=agent de surface) Anioniques, cationiques, non-ionique** **Sulfures, Sulfites** *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Délai pour Anioniques :** 3 jours OU 1 mois ***si congelé < -18°C*** **Délai pour Cationiques** : 2 jours **Délai pour Non-ioniques :** 1 mois si stabilisé avec une solution de formaldéhyde **Délai pour Sulfures :** 7 jours **Délai pour Sulfites :** 2 jours
9	ILDP009		1000 ml Verre vert Bouchon BLEU MAO	**Pesticides et autres micropolluants organiques** Triazines, Organochlorés, Organophosphorés, Hydrocarbures PolyAromatiques (HPA), Phtalates… *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 80 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon	**Délai de mise en analyse :** 1 jour
10	ILDP900		1000 ml Verre BLANC Bouchon BLEU MAO	**Hydrocarbures** Synonymes : Hydrocarbures totaux, Indice hydrocarbure, HCT *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 4 ml HCl à 21%	Ne pas rincer le flacon, et remplir jusqu'à la marque des 800ml	**Délai de mise en analyse :** 4 jours maximum
11	ILDP901		1000 ml Verre BLANC Bouchon NOIR CHR	**SEC-MEH** *Eaux douces et résiduaires*		Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 7 jours maximum **Délai :** 1 mois ***si stabilisé*** avec 4 ml H_2SO_4 à 60%
12	ILDP202		250 ml Verre blanc Bouchon BLANC MAE/MAM	**Air émission** *solution de rinçage* *Mercure* Barboteur			**Délai :** 24h00

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation. »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
13	ILDP203		250 ml Verre brun Bouchon VERT RADIO	**Tritium** *Eaux douces et résiduaires*			**Délai :** 1 mois
17	ILDP101		125 ml PE Bouchon BLANC EAU/MAM	**Métaux, TH** *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 1 ml HNO3 à 65% 	Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 1 mois *Conservation à température ambiante possible*
19	ILDP103		60 ml PE Bouchon BLANC MAM	**Métaux, TH, Silice DISSOUS** *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 0,5 ml HNO3 à 65% 	**Filtration in situ OBLIGATOIRE** Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 1 mois *Conservation à température ambiante possible* **Fourniture par le laboratoire du matériel de filtration** En cas d'impossibilité de filtration sur le terrain, prélever dans poste 20 et acheminer au laboratoire dans les 24h suivant le prélèvement.
20	ILDP104		125 ml PE Bouchon BLANC POTA/MAM	**Cr VI** *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Délai :** 4 jours
21	ILDP113		60ml PE Bouchon vert POTA	**Bromate** *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 0.12ml EDTA à 2.5%	Ne pas rincer le flacon	**<u>Bromate</u>** **Délai :** 1 mois ***si stabilisés*** avec 50 mg d'EDTA/L
22	ILDP106		125 ml PE Bouchon ROUGE POTA	**Bromure, Chlorite, Chlorate, Indice permanganate, Test UV, Potentiel redox** *Eaux douces et résiduaires* **Chlorures piscine**		Rincer et remplir à ras	**Délais:** - **Bromure** : 1 mois - **Chlorite, Chlorate** : 48 h ou 7 jours, après ajustement à pH=10, avec de la soude - **Indice Permanganate** : 1 mois si congelé <-18°C - **Test UV** : 7 jours - **Chlorures** : 1 mois
24	ILDP115		125 ml PE Bouchon ROUGE POTA	**Cyanures** ***(Totaux, libres, facilement libérables)*** *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 1,25 ml de NaOH à 22%	Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 7 jours

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation. »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
26A	ILDP109		125 ml PE Bouchon JAUNE MPO	**Glyphosate, AMPA,** Fosethyl, Acides haloacétiques, amines quaternaires… *Eaux douces (sauf eaux traitées) et eaux résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Délai:** 1 jour pour les amines quaternaires 3 jours pour les autres composés
26B	ILDP111		125 ml PE Bouchon JAUNE MPO	**Glyphosate, AMPA,** Fosethyl, Acides haloacétiques, amines quaternaires… *Eaux traitées*	Eaux traitées : 2 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon	**Délai**: 1 jour pour les amines quaternaires 3 jours pour les autres composés
27	ILDP403		500 ml PE BOUCHON NOIR CHR	**BOUES LIQUIDES** **MES - MVS** *Boues très liquides (de bassin, activées, d'aération...)*			Délais: 24 h
28	ILDP902		500 ml PE Bouchon NOIR CHR	**Congélation DBO** *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir jusqu'à l'épaulement	**Délai : à acheminer au laboratoire dans les 24h00 suivant le prélèvement** **Congélation directe :** 1 mois
30	ILDP904		2000 ml PE Bouchon BLANC RADIO	**Activité gamma** **Activité Sr^{90}** **Activité Y^{90}** *Eaux douces et résiduaire* *Eaux de mer*			**Délai** : 7 jours non acidifié ou 1 mois acidifié
31	ILDP404		500 ml PE Bouchon BLANC RADIO	**Activité alpha et béta global**			**Délai** : 7 jours non acidifié ou 1 mois acidifié
32A	ILDP 412		500 ml PE Bouchon NOIR CHR	**DBO5** **(Résidu sec)** *Eaux douces et résiduaires* **Pour DBO5/DCO filtré : utiliser le poste 32B.** **Si résidu sec et DBO5 : 2 flacons**		Rincer et remplir à ras	**Délai DBO5 :** 24h (Congélation: voir poste 28) **Délai rés sec** : 7 jours

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation. »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
32 B	ILDP 920		1000 ml PE Bouchon NOIR CHR	**MES** Eaux douces et résiduaires **Attention : à utiliser en cas d'analyse DBO/DCO filtrée et DBO/DCO décantée et DCO hors Chlorures**		Rincer et remplir à ras	**Délai MES :** 48h00 *Pas de possibilité de prolonger le délai par congélation* **Délai PO4 :** 24h ou 1 mois **si congelé <-18°C** après filtration **A acheminer au laboratoire le jour du prélèvement pour DBO/DCO filtrée, décantée et DCO hors chlorures**
32 C	ILDP 219		250 ml PE Bouchon NOIR CHR	**ST-DCO, DCO, NTK, NH4** Eaux douces et résiduaires	Stabilisé : 1,25 ml H2SO4 à 35%	Ne pas rincer le flacon	**Délai :** **DCO:** 6 mois **NTK:** 1 mois **NH4 :** 21 jours *Conservation à température ambiante possible* **si congelé <-18°C** ST-DCO, DCO, NTK : 6 mois et NH4 : 1 mois
32 D	ILDP114		60ml PE Bouchon ROUGE POTA	**PO4, NH4 eaux douces, NO2, Anions (Cl,SO4,NO3,F)** Eaux douces et résiduaires		Filtration in situ **Si filtré inscrire F sur le bouchon**	**Délais :** **- PO4 : 24h** **- NH4 : 24h** ou 1 mois si congelé <-18°C après filtration **- NO3 : 24h** ou 4 jours sur filtré ou 1 mois si congelé <-18°C **- NO2 : 24h** ou 4 jours sur filtré **- Cl, SO4, F :** 1 mois Filtrer sur le terrain si possible, sinon dans les meilleurs délais en laboratoire (max 24h). Non nécessaire si absence significative de particules. Fourniture possible par le laboratoire du matériel de filtration sur demande.

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation. »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
33	ILDP916		1000 ml Verre vert Bouchon ROUGE POTA/MPO	**Chlorophylle a et phéopigments** *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Conservation à l'abri de la lumière** **Chlorophylle a et phéopigments NF T90-117** - **filtration** : 24h -**Filtre + Résidu** congelé< -18°C : 14 jours
34			4X20 ml Flacons à sertir avec bouchon joint blanc dans un sachet plastique refermable MAO	**COHV-BTEX** Composés organiques volatils (aromatiques, solvants, valéronitrile, ...) Eaux douces et résiduaires	3 gouttes d'un mélange d'acides dans 10 ml (maléique à 417 g/l et ascorbique à 52 g/l) et 6 gouttes dans les flacons remplis à ras bord. Le mélange d'acide peut être conservé quatre semaines à température ambiante.	A rincer avec l'eau à prélever puis remplir en évitant les turbulences et en faisant déborder à minima 3 fois le volume (en remplir 1 à ras, 2 à moitié, 1 vide). Refermer dans le sachet plastique identifier la poche au marqueur spécifique sans solvant ou au stylo	Dans la pochette de 4 flacons : - 1 flacon vide, - 2 flacons remplis au trait du milieu, - 1 flacon plein Délai: 1 jour
35	ILDP918		SEAU blanc 2,3 L PE Bouchon BLANC HYD	**IBGN** **IBG DCE**			**Conservation de transport après le prélèvement :** T° ambiante **Délai de mise en analyse après le prélèvement** : 1 an
36	ILDP919		1200 ml seau blanc Bouchon BLANC LAGOR/MDM/ TARBES	**Boue, sols, sédiments, solides divers**			**Délai de mise en analyse après le prélèvement:** 48h00, 24h00 si bactériologie.
39	ILDP407		500 ml PE Bouchon ROUGE POTA	**pH, conductivité, turbidité, couleur, TAC, TA,** **(NH4, NO2, PO4, Anions : Cl, F,NO3,SO4)** Eaux douces et résiduaires		Rincer et remplir à ras	**Délais :** - **pH** : 6h à 24h, - **Turbidité, conductivité** : 1 jour, - **TAC, TA** : 14 jours - **Couleur** : 5 jours - **Cl, SO4, F** : 1 mois - **NH4 : 24h** ou 1 mois si congelé <-18°C après filtration - **NO3 : 24h** ou 4 jours sur filtré ou 1 mois si congelé <-18°C - **NO2** : **24h** ou 4 jours sur filtré - **PO4 : 24h**
41	ILDP915		1000 ml PE Bouchon BLANC MAM	**Métaux premier jet** *Eaux douces*		Rincer et remplir à ras, à stabiliser à réception	Acheminer au laboratoire dans les 24h suivant le prélèvement **Délai :** 1 mois **si stabilisé** à l'acide nitrique

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation. »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
43	D901068		500 ml Aluminium Bouchon Aluminium RADIO	**RADON 222** Par spectrométrie GAMMA		Rincer jusqu'à stabilisation de la température du flacon et éviter les turbulences pendant et après le prélèvement	**Remplir à débordement** Acheminer dès que possible au laboratoire après le prélèvement
45	ILDP410		500ml Verre BRUN Bouchon BLANC MAO	**Boue - Sols - Sédiments - Solides** **Paramètres organiques** **% MST**			Délais : 7 jours 4 jours pour les COV Remplissage : à ras bord
47	LDP216		250 ml Verre brun Bouchon jaune MPO	**Micropolluants organiques :** pesticides et métabolites, aminotriazole, acrylamide, médicaments, parabènes *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 20 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon	**Délai** : 1 jour
50	ILDP908		1000 ml PE-Stérile (Enveloppe protectrice) Bouchon VERT MIE	**Légionelles** *ECS Eaux sales* *ECS sur SPA* *ECS 1er jet* *Eaux industrielles* *Eaux thermales* *Eaux de tour aéroréfrigérante*	Stabilisé: 60 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon, Ne pas faire déborder. Désinfection les mains et zone de travail avant le remplissage du flacon. Laisser une bulle d'air	**Conservation de transport après le prélèvement :** T° ambiante **Délai de mise en analyse après le prélèvement :** 24H Circonstances exceptionnelles : Accepté à 48H
51	ILDP405		500 ml PE-Stérile - Enveloppe protectrice Bouchon BLEU MIE	**Bactériologies** *Eaux de piscines*	Stabilisé : 60 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon, Ne pas faire déborder. Piscines : Désinfecter les mains, enlever plastique de protection, ouvrir, remplir et refermer sous l'eau.	**Délai de mise en analyse Piscines après le prélèvement** : le jour même
52	ILDP406		500 ml PE-Stérile Bouchon BLEU MIE	**Bactériologies** *Eau traitée* *Eau de consommation humaine* *Eaux en Etablissement de Santé* *Eaux brutes* *Eaux superficielles* *Eaux souterraines*	Stabilisé: 10 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon Désinfecter les mains et zone de travail avant remplissage du flacon. Laisser une bulle d'air	**Délai de mise en analyse après le prélèvement :** Recommandé : 8H avec le dénombrement de la flore Accepté : 12H avec le dénombrement de la flore Recommandé : 12H sans le dénombrement de la flore Accepté : 18H sans le dénombrement de la flore

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation. »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
53	ILDP910		5 X 1000 ml PE-Stérile Bouchon BLEU MIE	**Salmonelle** *Eaux industrielles* *Eaux de surfaces*	Stabilisé : 20 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon, ne pas faire déborder. Désinfecter les mains et zone de travail avant le remplissage du flacon. Laisser une bulle d'air	**Délai de mise en analyse après le prélèvement :** Recommandé : 12H Accepté : 18H
55	ILDP211		250ml PE-Stérile Bouchon BLEU MIE	**Bactériologies baignades** Eaux de mer		Désinfecter les mains, ouvrir, remplir et refermer sous l'eau	**Délai de mise en analyse après le prélèvement :** Recommandé : 12H Accepté : 18H *< 6 heures selon l'arrêté du 19 octobre 2017*
76	ILDP107		180 ml PE-Stérile Bouchon ROUGE MIA	**Bactériologie alimentaire**			**Conservation pendant le transport :** 5°C ± 3°C produits frais / 2-15°C produits stables **Particularités** : Viande ; abats volaille et produit de la pêche 3+/-2°C **Délai de mise en analyse** : 24H produits frais - DLC produit stable
59			500 ml PE-Stérile MDM/MIA	**Bactériologie alimentaire**			**Conservation pendant le transport :** 5°C ± 3°C produits frais / 2-15°C produits stables **Particularités** : Viande ; abats volaille et produit de la pêche 3+/-2°C **Délai de mise en analyse** : 24H produits frais - DLC produit stable
57	ILDP912		1000 ml PE-Stérile Bouchon ROUGE BEN	**Daphnies**			**Délai de mise en analyse après le prélèvement** : Recommandé 12h à 48h sur échantillon conservé à 5°C ± 3°C ; possibilité travail sur échantillon congelé jusqu'à 2 mois après prélèvement.
58	ILDP913		1000 ml PE-Stérile Bouchon bleu MIE	**Bactériologies** *Eaux thermales* *Eaux destinées à la consommation humaine*	Stabilisé : 20 mg de thiosulfate de sodium	Désinfecter les mains et zone de travail avant remplissage du flacon	**Délai de mise en analyse après le prélèvement :** Recommandé : 8H avec le dénombrement de la flore Accepté :12H avec le dénombrement de la flore Recommandé : 12H sans le dénombrement de la flore Accepté : 18H sans le dénombrement de la flore

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation. »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
60	ILDP409		500 ml PE-Stérile (Enveloppe protectrice) Bouchon VERT MIE	**Légionelles** *Eaux chaudes sanitaires Brumisateurs* *Eaux chaudes sanitaires eaux propres*	Stabilisé : 30 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon , ne pas faire déborder. Désinfecter les mains et zone de travail avant remplissage du flaco,. Laisser une bulle d'air.	**Conservation de transport après le prélèvement :** T° ambiante **Délai de mise en analyse après le prélèvement :** 24H Circonstances exceptionnelles : Accepté 48H
61	LDP917		1000 ml Verre brun Bouchon noir SERO40	**Cyanotoxines (Microcystines)**			**Délai de mise en analyse après le prélèvement** : 24H
62			500 ml PE Bouchon BLANC MIE400	**Cyanobactéries**		Ajouter 32 gouttes de Lugol pour 400ml d'eau	

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation. »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
65	ILDP414		500 ml PE-Stérile (Enveloppe protectrice) Bouchon bleu MIE	**Bactériologies** *Solution de contrôle endoscope* *Hémodialyse*	Stabilisé : 30 mg de thiosulfate de sodium		**Délai de mise en analyse Endoscope après le prélèvement :** 24H **Délai de mise en analyse hémodialyse après le prélèvement :** 12H
67	ILDP218		250 ml Verre brun Bouchon bleu MAO	**Chlorophénols** *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 20 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon	**Délai**: 1 jour
68			3X20 ml Flacons à sertir avec bouchon joint dans un sachet plastique refermable MAO	**Epichlorhydrine et IHV** *Eaux douces*			Dans la pochette de 3 flacons : - 2 flacons remplis au trait du milieu, - 1 flacon plein **Délai**: 1 jour
69			2X20 ml Flacons à sertir avec bouchon joint dans un sachet plastique refermable MAO	**THM piscines** Trihalométhanes *Eaux de piscine*	2 flacons remplis à ras bord avec 6 gouttes d'un mélange d'acides (maléique à 417 g/l et ascorbique à 52 g/l). Le mélange d'acide peut être conservé quatre semaines à température ambiante.	A rincer avec l'eau à prélever puis remplir en évitant les turbulences et en faisant déborder à minima 3 fois le volume Refermer dans le sachet plastique identifier la poche au marqueur spécifique sans solvant ou au stylo	Dans la pochette 2 flacons pleins **Délai**: 1 jour
71	A04089W		Lingettes Gants Stérile MIA	**Contrôles d'hygiène en agroalimentaire** Evaluation de la charge microbienne des surfaces et/ou recherche de			**Délai de mise en analyse après le prélèvement :** 24H
72	AO4318C		Eponges Gants Stérile MIA	**Prélèvement carcasse en agroalimentaire** **Agroalimentaire** Salmonelle			**Conservation après le prélèvement :** +2°C +/-2°C ou 1H à température ambiante **Délai de mise en analyse après le prélèvement :** 48H
73			Ecouvillon Stérile	**Contrôles d'hygiène de surface** Evaluation de la charge microbienne des surfaces et/ou recherche de germes spécifiques			Délai de mise en analyse après le prélèvement : 24H entre 1 et 8°C ou 48H à 3+/-2°C selon NF EN ISO 18593

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation. »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
65B			Bidons 20 L PE - stérile	**Crypto/Giardia** *ECH et eau souterraine : 100 L min (5*20L)* *Eau de surface et eau résiduaire épurée : 10 L min*			**Conservation après le prélèvement :** Température ambiante si moins de 6H ou à +5°C +/-3°C pendant 24H **Délai de mise en analyse après prélèvement** : 96H maximum
79	IDV1330		330 ml PE Bouchon BLANC MAE/MAM	**Air émission** *Métaux* Barboteur			**Délai** : 24h00
80	IDV1331		330 ml PE Bouchon ROUGE MAE/POTA	**Air émission** HF/HCl/SO2			**Délai :** 24h00
81	ILDP003		100 ml Verre blanc Bouchon jaune MPO	**PFAS** *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Délai**: 1 jour
82	ILDP220		250 ml Verre brun Bouchon JAUNE MPO	**Organoétains** *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Délai**: 1 jour
83	ILDP921		1000 ml Verre vert Bouchon jaune MPO	**Hormones** *Eaux douces*	Stabilisé : 80 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon	**Délai**: 1 jour

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation. »

Diffusion du document	
Directions	
Unités	IEX, CHG, COORDINATION, PRL SANTE, MAE
12/02/2025	PRL-MTE-POTA-CHR-MAO-MAM-MIE-ENT-COOC-COO650-MAE-Accueil MDM-Service Clients
Autre	ASQ 400 - Site Internet

Modifications apportées à cette version
Mise à jour du 20/01/2026 : Ajout des postes 82 et 83 Changement couleur bouchon poste 33 et contenance 32C Préconisation poste 41 Mise à jour de certaines références fournisseurs Voir traits rouges

Prise en compte du document					
NOM	**DATE**	**VISA**	**NOM**	**DATE**	**VISA**

Vérifié par :	Approuvé par :
Aline CANDAU **Fonction : Gestionnaire de stock** **Visa :**	**Delphine BELLOCQ** **Fonction : Responsable Unité Coordination** **Visa :**

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation. »